

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD							
Marca:	DK TECH							
Modelo:	NR							
Serie:	20180009							
Intervalo de Medición:	0 - 90 PSI							
Criterio de Aceptación:	2.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 003257	2018-06-29	METROLOGIA	0,311%	0,278%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 003418	2018-12-10	METROLOGIA	0,293%	0,112%	PSI	C	JESUS PERILLA	
P 003555	2019-06-12	METROLOGIA	-0,385%	1,733%	PSI		LENIN PEREZ	
P 003774	2019-12-10	METROLOGIA	-0,367%	0,679%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 003914	2020-06-10	METROLOGIA	-0,389%	0,296%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 004103	2020-12-16	METROLOGIA	0,263%	1,518%	PSI	C	LENIN PEREZ	

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"